

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup

Kup, dn. 14 marca 2013r.



Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup
ul. Karola Miarki 14
46-062 Kup
tel. 77 403 28 50
fax. 77 403 28 53
www.szpital-kup.eu
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Pokoju
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77 406 54 50
fax. 77 406 54 61
rehabilitacja-pokoju@szpital-kup.eu



Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 euro

W imieniu Zamawiającego, SP Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w zakresie dostawy myjni – dezynfektora do basenów i pojemników na mocz zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa urządzeń o parametrach:**

1. Myjnia nr 1:

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	TAK/ NIE	Opis oferowanych parametrów
1	Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji oraz opróżniania zawartości basenów, pojemników na mocz (kaczek)		
2	Urządzenia wolnostojące		
3	Certyfikat CE na wyrób medyczny, z numerem jednostki notyfikacyjnej		
4	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni		
5	Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem)		
6	Komora i obudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej		
7	Mycie za pomocą obrotowego ramienia natryskowego oraz stałych dysz natryskowych, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej		
8	Załadunek od przodu urządzenia - drzwi uchylne do dołu, w poziomie		
9	Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji		
10	System schładzania naczyń sanitarnych po myciu i dezynfekcji termicznej, zdezynfekowaną wodą w celu umożliwienia ich szybkiego ponownego użycia		
11	Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji		
12	Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów		
13	Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z możliwością dowolnego wyboru programu		
14	Wbudowany układ dozowania środka chemicznego (odkamieniająco-płuczącego) z informacją o jego braku w pojemniku		
15	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz, moc nie większa niż 3 kW		
16	Przylacze wody zimnej i ciepłej, odpływ do ścieku		
17	Maksymalne wymiary zewnętrzne myjni: 500x600x1000mm (SxGxW)		
18	Komplet przewodów zasilających i rur odpływowych (należy podać Ø przewodów łączących urządzenie z odpływem)		

[Signature]

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójcik
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio
Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Sokołowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup
ul. Karola Mierki 14
46-082 Kup
tel. 77 403 28 50
fax. 77 403 28 53
www.szpital-kup.eu
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Pokoju
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77 406 54 50
fax. 77 406 54 61
rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu



2. Myjnia nr 2:

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	TAK/ NIE	Opis oferowanych parametrów
1	Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji oraz opróżniania zawartości basenów, pojemników na moczu (kaczek)		
2	Urządzenia wolnostojące		
3	Certyfikat CE na wyrób medyczny, z numerem jednostki notyfikacyjnej		
4	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni		
5	Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem)		
6	Komora i obudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej		
7	Mycie za pomocą obrotowego ramienia natryskowego oraz stałych dysz natryskowych, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej		
8	Załadunek od przodu urządzenia - drzwi uchylne do dołu, w poziomie		
9	Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji		
10	System schładzania naczyń sanitarnych po myciu i dezynfekcji termicznej, zdezynfekowana wodą w celu umożliwienia ich szybkiego ponownego użycia		
11	Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji		
12	Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów		
13	Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z możliwością dowolnego wyboru programu		
14	Wbudowany układ dozowania środka chemicznego (odkamieniająco-płuczającego) z informacją o jego braku w pojemniku		
15	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz, moc nie większa niż 3 kW		
16	Przyłącze wody zimnej i ciepłej, odpływ do ścieku		
17	Maksymalne wymiary zewnętrzne myjni: 500x600x1500mm (SxGxW)		
18	Komplet przewodów zasilających i rur odpływowych (należy podać Ø przewodów łączących urządzenie z odpływem)		

- Projekt umowy zawierający istotne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotowych dostaw stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania.
- Termin realizacji zamówienia - w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.**
- Kryterium decydującym o wyborze oferty jest **cena - 100%**.
- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących oferty. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Beata Denisiewicz tel. 77 403 28 65.
- Oferty należy złożyć do dnia **18 marca 2013r. do godz. 14:00**, w siedzibie zamawiającego budynek główny Szpitala, parter, pokój nr 26 lub przesłać faksem nr 77 403 28 60 bądź na adres e-mail: zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu na formularzu oferty zgodnym z wzorem stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania, formularze dostępne na stronie www.szpital-kup.eu, w zakładce **przetargi i konkursy** → **zapytania ofertowe**.
- Oferenci zostaną poinformowani o wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie do dnia 20 marca 2013r.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

- Formularz oferty
- Projekt umowy
- Gwarancja

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław Wójcik

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójcik
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio
Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka