



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP**

ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP

Kup, 2011-02-16

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego na **dostawę drobnego sprzętu medycznego i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 23**". Nr sprawy ZP/1/2011.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. ZESTAW NR 2, Pozycje 2, 8, 9 Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia ww. pozycji i utworzenie dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia? **ODP.: NIE.**

ZESTAW NR 6,

2. Pozycje 1, 5 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie bioder 120cm – 150cm? **ODP.: DOPUSZCZA.**

3. Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dzieci 7-18kg? **ODP.: DOPUSZCZA**

ZESTAW NR 7

4. Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic chirurgicznych w rozmiarze 6 – 6,5 odpowiadającemu rozmiarowi S? Pragniemy zauważyć, że rękawice chirurgiczne występują w rozmiarach od 5,5 do 9,0 co pół rozmiaru a nie w rozmiarach S, M, L. **ODP.: DOPUSZCZA**

5. Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic chirurgicznych w rozmiarze 7 – 7,5 odpowiadającemu rozmiarowi M? Pragniemy zauważyć, że rękawice chirurgiczne występują w rozmiarach od 5,5 do 9,0 co pół rozmiaru a nie w rozmiarach S, M, L. **ODP.: DOPUSZCZA**

ZESTAW NR 17

6. Pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów celulozowych w rolce pakowanych 1 x 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? **ODP.: DOPUSZCZA**

7. Zestaw nr 2, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie w w/w pozycji fartucha foliowego jednorazowego użytku (przedni) pakowanych po 100szt ? Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym. **ODP.: DOPUSZCZA**

8. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu sukcesywnej dostawy artykułów do 3 dni roboczych. **ODP.: DOPUSZCZA**

9. Zwracamy się z prośbą o zmianę §4 ust. 4 projektu umowy na następujący: „Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANĘ ZAPISU.**

10. Zwracamy się z prośbą o zmianę §4 ust. 5 projektu umowy na następujący: „Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności. **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA POWYŻSZĄ ZMIANĘ. Do istniejącego w projekcie umowy zapisu, dodaje się: „...bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.”**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP**

ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP

11. Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 1 projektu umowy na następujący: „Ilości artykułów, określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy w granicach 20%, z inicjatywy Zamawiającego.” **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA POWYŻSZĄ ZMIANĘ.**
12. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §5 ust. 1.1) projektu umowy na 5% łącznej wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto. **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA POWYŻSZĄ ZMIANĘ.**
13. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §5 ust. 1.2) projektu umowy na 0,1% wartości niezrealizowanej części dostawy brutto. **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA POWYŻSZĄ ZMIANĘ.**
14. Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 3 projektu umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.” **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA POWYŻSZĄ ZMIANĘ.**
15. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu załatwienia reklamacji do 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji Zamawiającego. **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.**
16. Dotyczy wzoru umowy: paragraf 4. ustęp 5.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie dotychczasowej treści paragrafu 4. ustęp 5. i zastąpienie jej zapisem: "Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie"? Wprowadzenie takiego zapisu w niczym nie ogranicza uprawnień Zamawiającego gdyż może on nie wyrazić zgody na cesję? **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA POWYŻSZĄ ZMIANĘ. Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.**
17. Dotyczy wzoru umowy paragraf 1 ustęp 2: Czy w związku z faktem, że oferowane w zestawie nr 13 filtry (poz. 4), zakrywka (poz. 5) będące podzespołami urządzenia medycznego jakim jest ssak SSU-2 są wyrobami niemedyceznymi, Zamawiający dopuści zaoferowanie tych produktu bez wymaganych świadectw dopuszczenia, które to posiada urządzenie medyczne ssak SSU-2? **ODP.: DOPUSZCZA**
18. Pakiet nr 2, poz. 3 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie fartucha chirurgicznego z poliestrowym mankietem, wykonanego z włókniny o gramaturze min. 35 g/m2. Szwy wykonane metodą overlokową? **ODP.: NIE**
19. Pakiet nr 2, poz.9 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie pełno barierowego podkładu na rolce wykonanego w części spodniej z laminatu foliowego stanowiącego barierę dla płynów i drobnoustrojów w części wierzchniej z chłonnej celulozy? **ODP.: DOPUSZCZA, pod warunkiem, że ww. podkład będzie na roli z perforacją.**
20. Pakiet nr 6, poz. 1 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie pielucho majtek pokrytych na całej powierzchni oddychającą włókniną. Obwód bioder 100-150cm? **ODP.: DOPUSZCZA**
21. Pakiet nr 6, Poz. 2 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie pielucho majtek pokrytych na całej powierzchni oddychającą włókniną. Obwód bioder 75-110 cm? **ODP.: NIE DOPUSZCZA**
22. Pakiet nr 6, Poz. 3 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie pielucho majtek pokrytych na całej powierzchni oddychającą włókniną, o minimalnym poziomie chłonności mierzonym metodą ISO 11948-1 2200g i obwodzie w pasie 130-170cm? **ODP.: NIE DOPUSZCZA.**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP**

ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP

23. Pakiet nr 6, Poz. 4 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie pielucho majtek pokrytych na całej powierzchni oddychającą włókniną, o minimalnym poziomie chłonności mierzonym metodą ISO 11948-1 2600g i obwodzie w pasie 75-110cm? **ODP.: NIE DOPUSZCZA**
24. Pakiet nr 6, Poz. 5 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie pielucho majtek pokrytych na całej powierzchni oddychającą włókniną, o minimalnym poziomie chłonności mierzonym metodą ISO 11948-1 2800g i obwodzie w pasie 100-150cm? **ODP.: DOPUSZCZA**
25. Pakiet nr 6, Poz. 6 Czy Zamawiający miał na myśli pieluchom jatkę dla dorosłych na noc? **ODP.: DOPUSZCZA**
26. Pakiet nr 6, Poz. 6 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie pielucho majtek pokrytych na całej powierzchni oddychającą włókniną, o minimalnym poziomie chłonności mierzonym metodą ISO 11948-1 2800g i obwodzie w pasie 130-170cm. **ODP.: NIE DOPUSZCZA**
27. Pakiet nr 6, Poz. 7 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie pieluszek dla dzieci posiadających jedną parę przylepcorzępów? W przypadku dziecięcych pieluszek zastosowanie podwójnych przylepców nie jest konieczne, gdyż szeroki pojedynczy przylepiec doskonale spełnia swoją funkcję na niewielkiej powierzchni bocznej. **ODP.: DOPUSZCZA**
28. Pakiet nr 6, Poz. 8. Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie śliniaka w rozmiarze 60 x 40cm **ODP.: DOPUSZCZA**
29. Pakiet nr 6, Poz. 9 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie podkładu ze skrzydłami włókninowymi umożliwiającymi podwiniecie podkładu pod materac o wymiarze 90x170 cm z wkładem chłonnym o szerokości 54cm i długości 82 cm. **ODP.: NIE.**
30. Pakiet nr 7, Poz.10,11 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia badań na przenikanie substancji chemicznych? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. **ODP.: NIE**
31. Pakiet nr 17, Poz. 9 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie przylepców pakowanych po 5 szpuli w kartoniku z przeliczeniem zamawianych ilości? **ODP.: NIE**
32. Pakiet nr 17, Poz. 12 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie kompresów pakowanych a'500sz t. z przeliczeniem zamawianych ilości? **ODP.: TAK.**
33. Pakiet nr 17, Poz. 13 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 12x10 cm? Taka wielkość opatrunku pozwala na pełne zabezpieczenie centralnego wklucia. **ODP.: TAK**
34. Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 3 dni na 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia? **ODP.: NIE**
35. Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1: Czy Zamawiający może określić procent ewentualnego odstępstwa od umowy? **ODP.: NIE**
36. Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1, podpunkt 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 0,4% na 0,1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w realizacji każdorazowej dostawy? **ODP.: NIE**
37. Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na wymianę artykułu w przypadku stwierdzenia wad z 3 dni na 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji Zamawiającego? **ODP.: NIE**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP**

ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP

38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe? **ODP.: NIE**
39. Dotyczy zapisów umowy Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 14 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze” **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.**
40. dotyczy Zestawu nr.14 pozycja 3 Uprzejmie proszę o dopuszczenie do przetargu „szczęk aligatora” o długości 160cm. Państwa zgoda umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo ,a jakościowo bardzo dobrej. **ODP.: DOPUSZCZA**
41. Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania poz. 1 i 3, co pozwoli na złożenie ofert większej licznie wykonawców? **ODP.: NIE**
42. ZESTAW nr 1, Pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych cewników typu Nelaton pakowanych pojedynczo w opakowanie folia-papier przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ? **ODP.: DOPUSZCZA**
43. ZESTAW nr 1, Pozycja 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych cewników typu Tiemann pakowanych pojedynczo w opakowanie folia-papier przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ? **ODP.: DOPUSZCZA**
44. ZESTAW nr 1, Pozycja 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków do dobowej zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? **ODP.: DOPUSZCZA**
45. ZESTAW nr 1, Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu z komorą Pasteura, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? **ODP.: NIE DOPUSZCZA**
46. ZESTAW nr 1, Pozycja 18-19 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zgłębników żołądkowych o długości 100 cm lub 125 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **ODP.: DOPUSZCZA**
47. ZESTAW nr 8, Pozycja 1-4 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, gdyż norma ta dotyczy wytrzymałości mechanicznej rękawic przemysłowych, zaś Zamawiający wymaga rękawic zgodnych z normą EN455-1-2-3 odnoszących się do parametrów wytrzymałościowych rękawic medycznych oraz do procedur podwyższonego ryzyka w tym na przygotowanie cytostatyków, co jednoznacznie określa wyrób ten jako środek ochrony osobistej, zatem winien on być zgodny z najnowszymi normami czyli z normą EN 374 z 2003 r. **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE ODSTĘPUJE OD WYMOGU.**
48. ZESTAW nr 8, Pozycja 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych po 90 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości do pełnego opakowania w górę? **ODP.: DOPUSZCZA**
49. ZESTAW nr 8, Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne nitrylowe do przygotowywania cytostatyków, testowane na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków, AQL <0,65, zgodnych z normą EN455-1-2-3, EN 374, EN 420 z rolowanym mankietem bez taśmy adhezyjnej o następujących rozmiarach: XS/6, S/7, M/8, L/9, XL/10? **ODP.: NIE DOPUSZCZA**
50. ZESTAW nr 8, Pozycja 4 Czy nie zaszła pomyłka w jednostce miary i zamiast op. powinna być jednostka miary – para? **ODP.: WINNO BYĆ: jednostka miary PARA.**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP**

ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP

51. ZESTAW nr 11, Pozycja 7 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu, gdyż obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny produkt konkretnego producenta, której wyłącznym dystrybutorem jest firma Skamex co uniemożliwia większej liczbie wykonawców złożenie konkurencyjnych ofert w przedmiotowym zakresie. **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.**
52. ZESTAW nr 12, Pozycja 16 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu, gdyż obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny produkt konkretnego producenta, której wyłącznym dystrybutorem jest firma Skamex co uniemożliwia większej liczbie wykonawców złożenie konkurencyjnych ofert w przedmiotowym zakresie. **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.**
53. ZESTAW nr 21, Pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków do leków w opakowaniu po 80 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości do pełnego op. w górę? **ODP.: DOPUSZCZA**
54. ZESTAW nr 21, Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną na zwłoki z foliową długością metryczki 10 cm i szerokością 7 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? **ODP.: DOPUSZCZA**
55. Zestaw nr 7: Poz. 8 i 9. Prosimy o sprecyzowanie rozmiarów rękawic w systemie połówkowym. **Odp.: Rozmiar S = 6 – 6,5, Rozmiar M = 7 – 7,5**
56. Zestaw nr 8: Poz. 4. Czy Zamawiający miał na myśli rękawice o mankiecie prostym z taśmą adhezyjną? **ODP.: DOPUSZCZA mankiet prosty z taśmą adhezyjną.**
- Dotyczy Zestawu nr 5
57. Prosimy o odstępianie od wymogu, aby butelka żelu z pozycji 1 posiadała aplikator. Nie jest to typowe wyposażenie półlitrowego pojemnika. Butelka żelu, który chcemy zaproponować posiada otwór, który umożliwia wygodne wylewanie substancji z butelki w wymaganej w danej sytuacji ilości (dozowanie żelu). **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.**
58. Prosimy o odstępianie od wymogu, aby na opakowaniu żelu z pozycji 1 znajdowała się data produkcji. Wystarczającą informacją dla Zamawiającego powinna być data przydatności do użytku (ważności). **ODP.: ZAMAWIAJĄCY ODSTĘPUJE OD WYMOGU.**
59. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 żelu w butelce o średnicy od 5,5 do 6,5 cm. **ODP.: NIE DOPUSZCZA**
60. Prosimy o odstępianie od wymogu, aby na opakowaniu żelu z pozycji 2 znajdowała się data produkcji. Wystarczającą informacją dla Zamawiającego powinna być data przydatności do użytku (ważności). **ODP.: ZAMAWIAJĄCY ODSTĘPUJE OD WYMOGU**
61. Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie żelu przeznaczonego do przygotowania skóry pod elektrody do Holtera w butelce a 250 ml? **ODP.: DOPUSZCZA**
62. W razie odmownej odpowiedzi na pytania 1-5, prosimy, jako producent kabli do EKG i elektrod do EKG, o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 10-15. **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE.**
63. Zadanie nr 1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton w opakowaniu folia / papier? **ODP. : DOPUSZCZA**
64. Zadanie nr 1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton bez balonu? **ODP.: NIE DOPUSZCZA**
65. Zadanie nr 1, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści cewnik Tieman w opakowaniu folia / papier? **ODP.: DOPUSZCZA**
66. Zadanie nr 1, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści cewnik Tieman bez balonu? **ODP.: NIE DOPUSZCZA**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP**

ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP

67. Zadanie nr 1, pozycja 10 Czy Zamawiający wymaga cewnika z osobo pakowaną (sterylnie) zatyczką znajdującą się w jednym opakowaniu z cewnikiem? **ODP.: DOPUSZCZA**
68. Zadanie nr 1, pozycja 11 Czy Zamawiający wymaga aby żel do cewnikowania był sterylizowany parą wodną? **ODP.: DOPUSZCZA**
69. Zadanie nr 8, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem bez taśmy adhezyjnej? **ODP.: NIE DOPUSZCZA**
70. Zadanie nr 11, pozycja 4, 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 4 i 5 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu pozwoli na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów. **ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE.**
71. Zadanie nr 17, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm? **ODP.: DOPUSZCZA**
72. Zadanie nr 21, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną dla dorosłych z miejscem do nałożenia danych w rozmiarze 18mm/60mm, spełniającą pozostałe wymagania? **ODP.: DOPUSZCZA**
73. Zadanie nr 21, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną na zwłoki z metryczką w rozmiarze 68x96 mm, zawierającej wszystkie wymagane opisy? **ODP.: DOPUSZCZA**
- Dot. Zestaw nr 8 - Rękawice do kontaktu z cytostatykami
74. Poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na rękawice nitrylowe do „przenoszenia cytostatyków” spełniające wszystkie wymagania opisane w siwz (w tym wszystkie wymagane normy), zarejestrowane jako wyroby medyczne spełniające, jednocześnie cechy środka ochrony osobistej? Tego typu rękawice spełniając wszystkie wymagane w siwz normy mogą być bezpiecznie używane w szpitalach jako wyroby medyczne, co wynika z Dyrektywy 93/42EWG o Wyrobach Medycznych m.in. do procedur medycznych przy pacjencie i osobach trzecich, a jednocześnie spełniając cechy środka ochrony osobistej, zgodnie z zapisami Dyrektywy 89/686/EWG o Środkach Ochrony Osobistej zapewniają skuteczną ochronę personelu medycznego przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi w tym cytostatykami, co jednoznacznie sankcjonują także zapisy Dyrektywy 2007/47/WE oraz obowiązujące zapisy Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 ? **ODP.: NIE DOPUSZCZA**
75. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na sterylne bezpudrowe rękawice do przygotowywania cytostatyków, zgodne z wymaganymi i opisanymi w siwz wszystkimi normami, wykonane z materiału bezlateksowego, o znacznie wyższych parametrach bezpieczeństwa używania, w standardowych rozmiarach 6,0-8,5, zarejestrowane jako wyroby medyczne, spełniające jednocześnie cechy środka ochrony indywidualnej o udokumentowanym wynikiem badań dynamicznych braku przenikania dla powszechnie używanych cytostatyków w okresie ponad 8 godzin!? **ODP.: DOPUSZCZA**
76. Czy w związku z faktem używania opisanych rękawic do procedur przygotowania cytostatyków, których wykonanie przebiega z możliwością kontaktu z powszechnie stosowanym w szpitalach 70% alkoholem lub jego pochodnymi (np. do dezynfekcji fiolek), które to substancje w czynny i niekorzystny sposób wpływają na strukturę molekularną materiału z jakiego wykonana jest rękawica, a tym samym w znacznym stopniu zmieniają ich właściwości ochronne, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy załączyli do oferty wyniki badań potwierdzające brak przenikania alkoholu min. 70% przez okres minimum 1 godziny ? **ODP.: NIE DOPUSZCZA**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH
Z SIEDZIBĄ W KUP**

ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP

77. Poz. 5-7 Czy oferowane rękawice do podawania cytostatyków t.j. procedur także zagrożonych bezpośrednim, szkodliwym kontaktem z substancjami cytostatycznymi powinny z oczywistego powodu spełniać (podobnie jak rękawice z poz. 1-4) poza wymaganą w siwz normą EN 455-1-2-3 także normy EN 374 i EN-388 t.j. normy potwierdzające m.in. ochronę przed substancjami chemicznymi w tym cytostatycznymi? **ODP. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA NORMY EN 374, NIE WYMAGA NORMY EN-388.**
78. Czy w związku z powyższym oferowane rękawice podobnie jak wymagane dla poz. 1-4 powinny być testowane na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach, co powinny potwierdzić załączone do oferty wyniki badań na brak ich przenikania w minimalnym okresie wskazanym przez Zamawiającego? **ODP.: TAK**
79. Czy w związku z faktem bezpośredniego kontaktu z pacjentem oferowane rękawice do podawania cytostatyków powinny być zarejestrowane jako wyroby medyczne, co umożliwia ich bezpieczne użycie przy pacjencie oraz powinny jednocześnie spełniać cechy środka ochrony indywidualnej, chroniąc zarówno pacjenta jak i personel medyczny? **ODP.: DOPUSZCZA**
80. Czy oferowane rękawice powinny być pakowane po 150 szt. w kartoniku zbiorczym, a jeżeli nie prosimy o określenie wymaganej wielkości opakowania oraz dopuszczenie rękawic pakowanych w kartoniki zbiorcze po 50, 100, 150 i 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ich ilości. **ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA rękawice pakowane w kartoniki zbiorcze po 50 i 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ich ilości.**
81. Dotyczy Zestaw 2 poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga aby mankiet miał długość min. 8cm? **ODP.: DOPUSZCZA**
82. Dotyczy Zestaw 2 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści minimalną gramaturę 35g/m²? **ODP.: NIE DOPUSZCZA**
83. Dotyczy Zestaw 2 poz. 9 - Czy Zamawiający podał ilość rolek czy ilość prześcieradeł oraz czy Zamawiający dopuści możliwość ewentualnego przeliczenia np. 1 rolka = 50 podkładów o długości 1m czyli wykonawca zaoferuje 10 rolek a'50 podkładów?
ODP.: Zamawiający wymaga: Prześcieradło papierowe w roli, dwuwarstwowe, perforowane j.u. przeznaczone do gabinetów zabiegowych, ambulatoriów 100% cellulozy, o wymiarach rolki minimum 50cm x 80m +/-5%.
84. Dotyczy Zestaw 7 poz. 1-5 - Czy Zamawiający Dopuści w tych pozycjach rękawice bezpudrowe nitrylowe takie, jak w poz. 10, 11? Jednostronna warstwa polimeru nie eliminuje całkowicie ryzyka powstania reakcji alergicznych z lateksem, natomiast guma nitrylowa tak. **ODP.: NIE DOPUSZCZA**
85. Dotyczy Zestaw 7 poz. 6,7,10,11 Czy Zamawiający wymagając rękawicy zgodnej z EN 455-3 dopuści rękawicę, która nie posiada wymienionych w tej normie szkodliwych substancji? **ODP.: ZAPIS POZOSTAJE JAK W SIWZ**
86. Dotyczy Zestaw 7 poz. 10, 11 – Czy Zamawiający dopuści rękawice zawierające szkodliwe ftalany? **ODP.: ZAPIS POZOSTAJE JAK W SIWZ**
87. Dotyczy Zestaw 7 poz. 10, 11 - Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe Zamawiający będzie wymagał przedstawienia w ofercie wyników badań potwierdzających brak tych i innych szkodliwych substancji w składzie rękawicy? **ODP.: ZAPIS POZOSTAJE JAK W SIWZ**

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Wójciak

