

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup

Kup, dn. 4 maj 2012



Szpital Pulmonologiczno-
Reumatologiczny
w Kup
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
tel. 77/403-28-50
fax. 77/403-28-53
www.szpital-kup.eu
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-
Reumatologiczny
w Pokoju
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77/406-54-50
fax. 77/406-54-61
rehabilitacja-pokoj@szpital-
kup.eu



Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego na **dostawę artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 6.** Nr sprawy ZP/7/2012.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Zestaw nr 2 poz. 1 – Czy Zamawiający w wyżej wymienionej pozycji dopuści śliniaki ochronne w rozmiarze 60x40 cm z kieszeniami w rozmiarze 9,7 cm?

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian, zapisy pozostają jak w SIWZ.

Pytanie 2: Zestaw nr 2 poz. 2 – Czy Zamawiający w wyżej wymienionej pozycji dopuści podkład na łóżko w rozmiarze 90x170 cm (skrzydła boczne wykonane z nieprzemakalnej włókniny) z wkładem chłonnym o szerokości 540 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian, zapisy pozostają jak w SIWZ.

Pytanie 3: Zestaw nr 2 poz. 4 – Czy Zamawiający w wyżej wymienionej pozycji dopuści higieniczny podkład bibułowo-foliowy (1 warstwa folii + 1 warstwa bibuły) w rozmiarze 51x80 cm o długości rolki 20 m? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Zestaw nr 2 poz. 5 – Czy Zamawiający w wyżej wymienionej pozycji dopuści higieniczny podkład bibułowo-foliowy (1 warstwa folii + 1 warstwa bibuły)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Zestaw nr 2 poz. 6 – Czy Zamawiający w wyżej wymienionej pozycji dopuści prześcieradło z włókniny niebieskiej w rozmiarze 210x160 cm pakowane a 20 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: dotyczące projektu umowy Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.: TAK

Pytanie 7: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie.

Odp.: TAK, z zachowaniem ceny ofertowej oraz parametrów określonych w SIWZ lub lepszych.

Pytanie 8: Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony.

Odp.: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości wyrobów jakie zostaną zamówione.

Pytanie 9: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy sumamiesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Odp.: NIE.

Pytanie 10: Zestaw nr 3 poz. 6 i 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 6 i 7?

Odp.: NIE

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
dr n. med. Andrzej Bunio