

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI  
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup**

Kup, dn. 2 maja 2012



**Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup**  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53  
[www.szpital-kup.eu](http://www.szpital-kup.eu)  
[sekretariat@szpital-kup.eu](mailto:sekretariat@szpital-kup.eu)

KRS: 0000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

**Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Pokoju**  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61  
[rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu](mailto:rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu)



**Do wiadomości**

Dot.: przetargu nieograniczonego na **dostawę artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 6.** Nr sprawy ZP/7/2012.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:** W związku z odpowiedziami na pytania z dnia 30.04.2012. firma uprzejmie prosi o doprecyzowanie odpowiedzi nr 13. Odpowiedź na pytanie nr 13 brzmi cyt.:

**"Odp.: Tak, zamawiający wymaga kaniuli typu bezpiecznego, rozmiar 22G x 3/4 (0,7x19mm)."**

Wg naszej najlepszej wiedzy na rynku nie ma kaniul spełniających parametry wskazane w odpowiedzi. Rozbieżność dotyczy zarówno średnicy wyrażonej w międzynarodowych jednostkach Gauge i jej przelicznika na milimetry, ale także osiaganego przez kaniule o wskazanych średnicach przepływu.

W związku z powyższym prosimy o poprawienie błędu oczywistego i doprecyzowanie raz jeszcze wymaganego rozmiaru np.

**24G x 3/4 czyli 0,7 x 19mm**

lub

**22G x 1 czyli 0,9 x 25mm**

lub

o dopuszczenie do składania ofert na kaniule bezpieczne, w obu standardowych rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego t.j.

24G x 3/4 czyli 0,7x19 mm o przepływie min. 22ml/min

22G x 1 czyli 0,9x25 mm o przepływie min. 36ml/min

Prosimy o doprecyzowanie wymaganego przepływu, gdyż żadna z obecnych na rynku kaniul dożylnych we wskazanym rozmiarze średnicy t.j. 24G lub nawet 22G nie osiąga przepływu o zbliżonym parametrze i jest znacznie niższa.

Prosimy więc o dopuszczenie przepływów wskazanych powyżej dla rozmiarów 24 i 22G lub o dopuszczenie przepływów zgodnych z pkt. 4.4.5 oraz załącznikiem B (normatywnym) obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

Odp.: Zamawiający w zestawie nr 1, pozycja 5 oczekuje **bezpiecznego zestawu do krótkotrwałych wlewów dożylnych z systemem samochowującym igłę**, aktywacja systemu bezpieczeństwa jedną ręką, wartość przepływu 0,56ml.

W związku z powyższym nie wprowadza się żadnych zmian, Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Dr n. med. Andrzej Bunio

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójciak

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka