

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI  
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup**

Kup, dn. 14 maja 2013r.



Szpital Pulmonologiczno-  
Reumatologiczny  
w Kup  
ul. Karola Miarki 14  
46-002 Kup  
tel. 774 03 28 50  
fax. 774 03 28 53  
[www.szpital-kup.eu](http://www.szpital-kup.eu)  
[sekretariat@szpital-kup.eu](mailto:sekretariat@szpital-kup.eu)

KRS: 0000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-  
Reumatologiczny  
w Pokoju  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 774 06 54 50  
fax. 774 06 54 61  
[rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu](mailto:rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu)



ISO 9001 REGISTERED  
  
DANU Certification B.V. The Netherlands



**Do wiadomości**

Dot.: przetargu nieograniczonego na **dostawę wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 8. Nr sprawy ZP/9/2013.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pakiet 3, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.  
**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania.**
2. Pakiet 5, pozycje 1-2 – prosimy o doprecyzowanie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje po 3 opakowania zawierające po 100szt. filmów?  
**Odp.: TAK, nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający w pakiecie nr 5 oczekuje po 3 opakowania zawierające po 100 sztuk filmów.**
3. Pakiet 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu z drenem o długości 90cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
4. Pakiet 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu 7 dniowy z komorą PASTEURA, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
5. Pakiet 8, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 12x29cm lub 21x38cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Zamawiający dopuszcza kompres w rozmiarze 21x38cm.**
6. Dotyczy zestawu nr 3 - Zwracam się z prośbą o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje zestawu nr 3 lub wyłączenie z ww. pakietu pozycji 3, 5, 6, 7 i stworzenie z nich osobnego pakietu. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert na poszczególne pozycje zestawu nr 3 ani na wyłączenie ww. pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu.**
7. Dotyczy zapisów SIWZ, punkt 3.5 oraz Formularz Oferty, punkt 4: Czy w przypadku zaoferowania produktów będących wyrobami niemiedycznymi (stawka 23% VAT) a stanowiącymi jedynie wyposażeniem wyrobu medycznego (chodzi o filtry) Zamawiający zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego sprzętu dokumentów wymienionych w SIWZ punkt 3.5 oraz w Formularzu Oferty, punkt 4? **Odp.: W przypadku zaoferowania produktów będących wyrobami niemiedycznymi Zamawiający nie wymaga posiadania dokumentów wymienionych w SIWZ punkt 3.5 oraz w formularzu oferty, punkt 4.**
8. Dotyczy zapisów SIWZ, punkt 3.7: Czy w przypadku narzędzi wielorazowego użytku, Zamawiający odstąpi od wymogu podania daty ważności na opakowaniu?  
**Odp.: Tak, w przypadku narzędzi wielorazowego użytku, Zamawiający odstąpi od wymogu podania daty ważności na opakowaniu.**

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójcik

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: drn. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka

*[Handwritten signature]*



# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



**Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup**  
ul. Karola Miarki 14  
46-062 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53  
[www.szpital-kup.eu](http://www.szpital-kup.eu)  
[sekretariat@szpital-kup.eu](mailto:sekretariat@szpital-kup.eu)

K.P.S. 0000027039  
REGON: 590938517  
NIP: 991-00-60-280

**Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Pokoju**  
ul. Namysłowska 22  
46-054 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61  
[rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu](mailto:rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu)



ISO 9001 REGISTERED  
  
OZG 2012/21  
Only Certified in B.V. The Netherlands



9. Dotyczy zapisów SIWZ, punkt 3.7: Biorąc pod uwagę, że oferowany sprzęt jest produkowany w innych państwach niż Polska, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez niektóre wyroby etykiet handlowych w języku polskim? Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „*wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.*” Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym posiadające oznaczenia w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane zgodnie z normą EN980 „Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych”, które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności (jeśli dotyczy), sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
10. Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową? **Odp.: NIE.**
11. Projekt umowy, §5 punkt 1.1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. kar umownych z „w wysokości 5% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto” na „w wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto”? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**
12. Projekt umowy, §5 punkt 1.2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. kar umownych z „w wysokości 0,4% wartości tejże dostawy brutto” na „w wysokości 0,4% wartości niezrealizowanego zamówienia brutto”? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**
13. Zestaw 8, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie do jakiego spirometru będą służyć wymagane ustniki? **Odp.: JEAEGGER LAB, rok produkcji 1984.**
14. Zestaw 8, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ustników pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ustników pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.**
15. Zestaw 8, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra antybakteryjnego/antywirusowego o skuteczności filtracji bakterii i wirusów 99,999%, sterylnego, firmy Pharma Systems? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
16. Zestaw 8, poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 14 lub 15 opakowań? **Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic pakowanych po 50 sztuk z przeliczeniem ilości na 14 opakowań.**

Ponadto, Zamawiający informuje iż nastąpiła omyłka pisarska w załączniku nr 3 do oferty „oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” – poprawiony wzór oświadczenia w załączeniu.

**DYREKTOR**

mgr inż. Mirosław Wójcik

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójcik

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Burio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka