

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup**

Kup, dn. 9 czerwca 2014r.



Szpital Pulmonologiczno-
Reumatologiczny
w Kup
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
tel. 77 403 28 50
fax. 77 403 28 53
www.szpital-kup.eu
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-
Reumatologiczny
w Pokoju
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77 406 54 50
fax. 77 406 54 61
rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu



Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego na **dostawę wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 15.** Nr sprawy ZP/14/2014.

SPROSTOWANIE

W imieniu Zamawiającego, postanawiam sprostować odpowiedzi na pytania Wykonawców, których udzielono w dniu 6.06.2014r.

Dot. pytania 11, które brzmiało:

11. **Zestaw nr 1, poz. 1-16** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki oznakowane na opakowaniu jednostkowym datą ważności, nr serii, pojemnością, nazwą producenta oraz nazwą producenta na korpusie (cylindrze) strzykawki – spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź powinna brzmieć:

Zamawiający dopuszcza do składania ofert na strzykawki oznakowane na opakowaniu jednostkowym datą ważności, nr serii, pojemnością, nazwą producenta oraz nazwą producenta na korpusie (cylindrze) strzykawki – spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi SIWZ oraz dla produktów w pozycjach 1-4 zestawu nr 1 Zamawiający wymaga na korpusie strzykawki nazwy producenta i nazwy własnej lub numeru identyfikacyjnego.

Ponadto, w załączniku nr 2 do oferty FORMULARZ CENOWY, w opisie **warunków bezwzględnie wymaganych dla produktów z zestawu nr 1**, opis dla **pozycji 16** powinien brzmieć:

Poz. 16-Strzykawki trzyczęściowe "Janetta" muszą być szczelne i posiadać: pierścień uszczelniający, pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem. Płynnie przesuwalny tłok. Uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu. Cylinder przezroczysty. Skala strzykawek powinna być precyzyjna, wyraźna i nieścieralna w kolorze czarnym. Końcówka umieszczona koncentrycznie. **Końcówka cewnikowa z reduktorem luer**. Kompatybilne z cewnikami/z igłami. Opakowanie praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjęcie strzykawki.

**Z-CA DYREKTORA
DS. LEZCNICTWA**

dr n. med. Andrzej Bunio