



SCM sp. z o.o.

# STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 27 czerwca 2016 r.

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Środek Rehabilitacji  
Leżniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75

Klinika  
w Chrościcach (POZ)  
tel/fax 77/469-52-35



## Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego na **dostawę wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 32.** Nr sprawy ZP/3/2016.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Części 3 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy bezpieczny nakłuwacz. Iгла śr. 0,8 mm (21G) ciemno- zielony? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

2. Zestaw 22 poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do USG w butelce o średnicy do 6,5 cm przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

3. Zestaw 22 poz. 8 - Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganych ilości pasty/ żelu w przypadku dopuszczenia pojemności 250ml. Czy należy dokonać przeliczenia na 16 sztuk? (160ml x 25 szt.=4000ml; 4000ml/ 250ml= 16 szt.)

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

4. Zestaw 23 poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji z pakietu i przeniesienie jej do typowego pakietu na elektromedycynę czyli pakietu nr 22. Pozycja nr 2 z pakietu 23 to elektroda EKG i zdecydowanie lepiej pasuje w pakiecie z elektrodami, kablami i papierami niż z asortymentem typu „jednorazówka”.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wydzielenia powyższej pozycji z pakietu.**

5. Projekt umowy- §3 ust. 1 - Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: „Prawo opcji” w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

6. Projekt umowy- §7 ust. 1.1) - Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 1.1) projektu umowy zamiast zwrotu „wartości przedmiotu umowy brutto” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

*Amul*



Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Środek Rehabilitacji  
Leczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



Wskazanie 5% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) – prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

7. Zestaw 8, poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków i podnosi komfort użytkowania przez pacjenta?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

8. Zestaw 8, poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek, który zewnętrzna warstwa na całej powierzchni (100% powierzchni produktu) zbudowana jest z paroprzepuszczalnego laminatu, tworząc tzw. „oddychającą” warstwę zewnętrzną? Specjalna struktura warstwy zewnętrznej sprawia, że przepuszcza ona powietrze, ale nie przepuszcza cieczy, właściwość ta minimalizuje możliwość powstawania odparzeń i podrażnień.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

9. Zestaw 8, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pampersów dla dzieci w przedziale wagowym 8-18kg lub 9-20kg?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

10. Zestaw 8, poz. 4: Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa PZH oraz pozytywnej opinii IMiD na pieluszki dla dzieci, które to świadectwo potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

11. Zestaw 14, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**





SCM sp. z o. o.

# STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Środek Rehabilitacji  
Leczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium  
w Chrościcach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



12. Zestaw 14, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>, oraz ze wzmocnieniami foliowymi nieprzemakalnymi w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

13. Pytanie dot. wzoru umowy - Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp.: Zamawiający potwierdza.**

14. Pytanie dot. wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy była naliczana od niezrealizowanej części umowy?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

15. Pytanie dot. wzoru umowy - Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku opóźnień w zapłacie należności, będą go obowiązywały odsetki w wysokości ustawowej?

**Odp.: Zamawiający nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, pytanie sformułowane zbyt ogólnie.**

16. Czy Zamawiający może doprecyzować w Lp. 19 jakiej ilości łyżek jednorazowych, metalowych, światłowodowych MACINTOSH rozmiar „0” oczekuje? W kolumnie z Nazwą produktu podano ilość szt. 10, natomiast w kolumnie ilość – 13.

**Odp.: Zamawiający w poz. 19. oczekuje 13 sztuk łyżek.**

17. Zestaw nr 1, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

18. Zestaw nr 1, poz. 18-21 - Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

19. Zestaw nr 1, poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

20. Zestaw nr 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, ze standardowym systemem zamykania portu górnego, z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

21. Zestaw nr 2, poz. 4-5 - Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatores pozycji, z powodzeniem stosowanym w placówkach na terenie całej Polski? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

22. Zestaw nr 10, poz. 1 i 6 - Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

23. Zestaw nr 10, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: komora kroplowa wolna od PCV o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 180 cm, igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylne?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**





SCM sp. z o. o.

# STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Środek Rehabilitacji  
Jeczniczej w Suchym Borze  
tel/fax. 77/427-07-75

Ambulatorium  
w Chrósicach (POZ)  
tel/fax. 77/469-52-35



24. Zestaw nr 10, poz. 3 - Proszę o możliwość zaoferowania aparatu do przetoczeń z precyzyjną regulacją prędkości przepływu. Regulacja poprzez okrągłe pokrętło w skali od 0-300 ml nie zgniatające światła drenu. Duża komora kroplowa. Długość drenu 180 cm. Możliwość obsługi jedną ręką. Posiada dodatkowy zacisk rolkowy. Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem. Zakończenie dreny luer lock. Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

25. Zestaw nr 10, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd: Odporny na alkohol i lipidy, odporny na wysokie ciśnienie, bez lateksu, bez ftalanów, bez PVC, posiadający filtr przeciwbakteryjny z odpowietrznikiem (membrana PTFE), niską siłę oporu, filtr przeciwbakteryjny 0,1 mikrona, charakteryzujący się łatwym wbiciem w butelkę, łatwą obsługą, ergonomicznym kształt, łatwym zamknięciem jedną ręką zatrzaskiem, ochroną przed skażeniem dzięki samozamykającemu się zatrzaskowi, odpornością na insulinę, sterylnością, pirogennością?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

26. Zestaw nr 12, poz. 2 - Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

27. Pakiet 10, Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy o długości drenu 150 cm z odpowietrznikiem zaopatrzonym w filtr powietrza skuteczności filtracji bakterii, wolny od DEHP i lateksu, zawierający elementy wykonane z PCV?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

28. Pakiet 10, Pozycja 2: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby aparat posiadał filtr hydrofobowy?

**Odp.: Zamawiający nie odstąpi od wymogu filtra hydrofobowego.**

29. Pakiet 10, Pozycja 3: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych wykonanego z PCV, komora kroplowa o długości 6 cm, filtr 15 µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu, bez pochewki na igłę bioczą, precyzyjny regulator przepływu w formie beczki w regulację w zakresie 5-250ml/godz, dren o długości 150cm z przezroczystym, obrotowym łącznikiem luer-lock na jego końcu oraz dodatkowym portem do iniekcji w kształcie litery Y. Opakowanie folia-papier. Wolny od DEHP. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

30. Pakiet 10, Pozycja 5: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do pobierania płynów z butelek z zatrzaskową zatyczką z budowanym filtrem bakteryjnym 0,1 mikrona bez zastawki.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

31. Pakiet 10, Pozycja 6: Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego Pakietu. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, a tym samym pozwoli Zamawiającemu uzyskać korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

32. Pakiet 17, Pozycja 5: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła papierowego w roli, dwuwarstwowego, podfoliowanego, o wymiarach 50 cm x 50 m, perforowanego co 38 cm w 4 kolorach.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**





SCM sp. z o. o.

# STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji  
Jęczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium  
w Chrościcach (POZ)  
tel/fax 77/469-52-35



33. Pakiet 21, Pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną wyposażoną w 3 warstwy filtrujące spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

34. Pakiet 21, Pozycja 2,4: Czy Zamawiający dopuści maski ochronne z dodatkową warstwą włókniny, zamiast gąbki, zapobiegającą parowaniu, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

35. Pakiet 21, Pozycja 3: Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego Pakietu z fartuchem ochronnym. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, a tym samym pozwoli Zamawiającemu uzyskać korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

36. Zestaw nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy bezpieczny nakłuwacz w kolorze granatowym z igłą o średnicy 0,6mm (23G), spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

37. Zestaw nr 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy bezpieczny nakłuwacz w kolorze zielonym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

38. Zestaw nr 11, pozycja 2 - Czy Zamawiający oczekuje cewników Foleya 100% silikon pakowanych fabrycznie z zatyczką cewnikową ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza cewniki Foleya 100% silikonu z zatyczką cewnikową.**

39. Zestaw nr 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje zestawów do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznym otworem końcowym oraz dwoma otworami bocznymi, bez plastikowej kanki ?

**Odp.: Zamawiający oczekuje zestawów do lewatywy z kanką plastikową.**

40. Zestaw nr 12, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści worek 14 dniowy z komorą Pasteura, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

41. Zestaw nr 12, pozycja 4 - Czy Zamawiający oczekuje wieszaków do worków na mocz sklasyfikowanych jako wyrób medyczny ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

42. Pakiet nr 14, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny o gramaturze 30 g/m2

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

43. Pakiet nr 14, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny niefoliowanej?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

44. Zestaw nr 15, pozycje 2 - 3 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania bez nadrukowanego znacznika RTG i oznaczenia głębokości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

45. Zestaw nr 15, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia dostępne w rozmiarach CH 4, CH 5, CH 6, CH 8, CH 10, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

46. Zestaw nr 18, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne dostępne w rozmiarach 3mm - 10mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**



SCM sp. z o. o.

**STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50Środek Rehabilitacji  
Leczniczej w Suchym Borze  
el/fax 77/427-07-75Ambulatorium  
w Chrząstwach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35

47. Zestaw nr 23, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści prostokątne elektrody do Holtera na podłożu z pianki, z żelazem stałym, z sensorem Ag/AgCl, o wymiarach 42 x 56mm, pakowane a'50 szt. ?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

48. Zestaw nr 23, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną na zwłoki z metryczką w rozmiarze 8 cm x 6 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

49. Zestaw nr 30, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 50 x 75 cm z otworem o śr. 7cm?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

50. Zestaw nr 30, pozycja 1,2,3 - Czy Zamawiający dopuści serwety nie zawiera kace latexu (brak piktogramu na opakowaniu) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> i odporności na przenikanie cieczy 188cmH<sub>2</sub>O?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

51. Zestaw nr 30, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrach i właściwościach:

- pełnobarierowy
- zgodny z wymogami normy PN- EN 13795
- wykonany z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m<sup>2</sup>
- kolor – niebieski
- krój prosty
- szwy wykonane techniką ultradźwiękową
- sposób złożenia oraz system troków umiejscowionych w specjalnym kartoniku umożliwiający aseptyczną aplikację fartucha
- konstrukcja zapewniająca sterylność zarówno z przodu jak i z tyłu, tylne części fartucha zachodzą na siebie
- zapięcie typu rzep
- rękawy zakończone elastycznym, dzianinowym, poliestrowym mankietem
- wewnętrznie pakowany w serwetę zabezpieczającą z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk 30cm x 30 cm
- bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu folia – papier
- etykieta opakowania wyposażona w cztery etykiety samoprzylepne typu TAG , zawierające informacje o numerze katalogowym, dacie ważności i numerze serii produktu
- nadruk rozmiaru bezpośrednio na fartuchu nie zawiera latexu (brak piktogramu)
- odporność na przenikanie cieczy 35cmH<sub>2</sub>O

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

52. Zestaw nr 31, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 21cm x 38cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

53. Zestaw nr 31, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**





SCM sp. z o. o.

**STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50Środek Rehabilitacji  
Leczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75Ambulatorium  
w Chrościcach (POZ)  
tel/fax 77/469-52-35


54. Zestaw nr 31, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste, pakowane a'3 szt. z przeliczeniem ilości na 10 opakowań?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

55. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody i dopuszczenie w Zestawie nr 3 poz. 1 i 2 jednorazowych nakłuwaczy o głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy igły 0,36 mm (28G), które umożliwiają uzyskanie niezbędnej wielkości krwi do badania poziomu cukru, przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

56. Czy Zamawiający w Zestawie nr 3 poz. 1 i 2 „Jednorazowy bezpieczny nakłuwacz” wyrazi zgodę na wielkość opakowania równą 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnego opakowania?



**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

57. Zestaw nr 7, Pozycja 4 - Czy w przypadku zaoferowania akcesoriów/wyposażenia nie będącego wyrobem medycznym i posiadającego VAT 23% (przy czym urządzenie, posiadane przez Zamawiającego, do którego filtry są dedykowane jest wyrobem medycznym) Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentów dopuszczających dane wyposażenie do obrotu, gdyż nie jest ono objęte ustawą o wyrobach medycznych?

**Odp.: W przypadku zaoferowania akcesoriów/wyposażenia nie będącego wyrobem medycznym Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentów dopuszczających dane wyposażenie do obrotu**

58. Zestaw nr 7, Pozycja 9 - Czy w związku z tym, że niepodzielne opakowanie handlowe producenta zawiera 50 sztuk wymaganych szczoteczek, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 pełnego opakowania handlowego i tym samym wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza cenowego?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 1 pełnego opakowania handlowego o jak najmniejszej ilości sztuk szczoteczek i dopuszcza modyfikację formularza cenowego w zakresie wymaganej ilości sztuk.**





SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50Środek Rehabilitacji  
Leczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75Ambulatorium  
w Chrościcach (POZ)  
tel/fax 77/469-52-35

59. Projekt umowy: § 6 ustęp 4 i § 7 ustęp 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin załatwienia reklamacji, wymiany artykułów, uzupełnienia braków ilościowych liczony był w dniach roboczych?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, w związku z tym § 6 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o wadzie.”**

60. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

61. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- 1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy
- 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy leków, w wysokości 0,4% wartości tejże dostawy brutto, jednak nie więcej niż 10% wartości tejże dostawy brutto.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

62. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Ilości artykułów, określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy, z inicjatywy Zamawiającego. Odstępstwo od realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20%.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

63. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

64. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o wadzie.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

65. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 1% łącznej niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy brutto”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

66. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.2 oraz ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 0,4% na 0,2% oraz odpowiednio z 5% na 1%?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

67. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku wad przedmiotu umowy, w tym także braków ilościowych artykułów, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej





SCM sp. z o. o.

**STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/409-54-50Środek Rehabilitacji  
Leczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75Ambulatorium  
w Chrząstach (POZ)  
tel/fax 77/469-52-35

wymiany artykułów na pozbawione wad, w tym do uzupełnienia braków ilościowych, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną."

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

68. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5, Zamawiający będzie miał nadto uprawnienie do nabycia u innego Dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy taką samą ilość artykułów albo uprawnienie do żądania od Wykonawcy zapłaty ich wartości, zachowując w obu wypadkach roszczenie zapłatę kar umownych i o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy."

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

69. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku opóźnienia dokonania płatności w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 umowy o nie więcej niż 14 dni, Wykonawca nie ma prawa do wstrzymania każdorazowych dostaw przedmiotu umowy."

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

70. Dotyczy zestaw nr 1 poz. 1-4 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

71. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka)?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

72. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

73. Dotyczy zestaw nr 1 poz. 8 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł sklasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy Is czyli przeznaczonych do pobierania leków a nie do iniekcji?

**Odp.: Zamawiający wymaga igieł do podawania leków z fiolek.**

74. Dotyczy zestaw nr 1 poz. 16 - Czy Zamawiający wymaga strzykawki z podwójną skalą pomiarową i podwójnym uszczelnieniem tłoka?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

75. Dotyczy zestaw nr 1 poz. 23 - Czy Zamawiający określając długość komory kroplowej miał na myśli jej część przezroczystą?

**Odp.: Zamawiający ma na myśli długość komory bez igły.**

76. Dotyczy zestaw nr 1 poz. 24-25 - Czy Zamawiający wymaga przedłużaczy pozbawionych toksycznych ftalanów?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

77. Dotyczy zestaw nr 2 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia kaniule bezpieczne renomowanej firmy KDM, opis poniżej:

Właściwości:

- Poliuretan
- Jalowa
- ze skrzydełkami i portem bocznym
- 3 linie RTG
- samodomykający się korek
- filtr hydrofobowy
- okres trwałości: 5 lat





SCM sp. z o. o.

**STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50Ośrodek Rehabilitacji  
Leczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75Ambulatorium  
w Chrząstach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35**Opis produktu:**

- jednorazowego użytku, nietoksyczna, niepirogenna
- do krótkoterminowego użytku
- przeznaczona do umieszczenia w żyłę (z wyjątkiem żyły klatki piersiowej i brzucha) w celu zapewnienia dostępu do układu krwionośnego człowieka
- umożliwia dostarczanie płynów lub leków lub pobranie próbek krwi
- wbudowany element bezpieczeństwa pasywnego, nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu ukłuciu igłą
- przezroczysta komora kontrolna umożliwiająca łatwe wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły.
- wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO)
- czas pozostawiania w żyłę: zależny od przeznaczenia i decyzji klinicznej max 72 godz.

Rozmiar	Średn. zewn. x długość mm	Natężenie Przepływu ml/min	Nr artykułu [279]
14G	2,1x45	305	767177
16G	1,7x45	200	767184
17G	1,5x45	142	767191
18G	1,3x45	95	767207
20G	1,1x32	65	767214
22G	0,9x25	36	767221
24G	0,7x19	23	767238

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

78. Dotyczy zestaw nr 8 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zestaw nr 8): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

79. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zestaw nr 8; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Bariery boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce kroczu przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

80. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zestaw nr 8; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru





SCM sp. z o. o.

**STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50Środek Rehabilitacji  
Leczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75Ambulatorium  
w Chrościcach (POZ)  
tel/fax 77/469-52-35

seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

81. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zestaw nr 8; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

82. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zestaw nr 8; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

83. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zestaw nr 8; pozycje: 2,3): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

84. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zestaw nr 8; pozycja 1): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2400g?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

85. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zestaw nr 8; pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryteriom przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**





SCM sp. z o. o.

**STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50Środek Rehabilitacji  
Leczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75Ambulatorium  
w Chrościcach (POZ)  
tel/fax 77/469-52-35

86. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zestaw nr 8; pozycja 4): przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta – które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

87. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zestaw nr 8; pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci z przedziału 12-22kg?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ. (7 - 20kg)**

88. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zestaw nr 8; pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci z przedziału 11-25kg?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ. (7 - 20kg)**

89. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

90. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

91. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

92. Dotyczy SIWZ - W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

93. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia?

**Odp.: Zamawiający nie wymaga.**

94. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce?

**Odp.: Tak, przy zachowaniu wymogów określonych w pkt. 4.3. SIWZ: „Wniesienie towaru do magazynu leży po stronie Wykonawcy”.**

95. Zwracam się z prośbą o wykreślenie konieczności posiadania zgłoszenia/powiadomienia/wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych (SIWZ pkt. 3.5, formularz „Oferta” pkt. 1.4)). Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w/w dokumenty nie są dokumentami dopuszczającymi wyrobów medycznych do obrotu, a jedynie obowiązkiem administracyjnych podmiotów wprowadzających te wyroby. Jedynymi dokumentami dopuszczającymi wyrobów medycznych do obrotu są deklaracje zgodności w przypadku większości klas ryzyka certyfikat CE.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**





SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50Śródek Rehabilitacji  
Jęczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75Ambulatorium  
w Chrościcach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35

96. Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 1 projektu umowy na następujący: „Ilości artykułów, określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy w granicach 20%, z inicjatywy Zamawiającego.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

97. Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 4 projektu umowy na następujący: „Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów, w powyższym zakresie.**

98. Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 5 i 6 projektu umowy na następujący: „Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

99. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §7 ust. 1.1) projektu umowy na 5% łącznej wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

100. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §7 ust. 1.2) projektu umowy na 0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy brutto.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

101. Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust. 4 projektu umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

102. §7 punkt 1.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. kar umownych z „w wysokości 5% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto” na „w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

103. §7 punkt 1.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. kar umownych z „w wysokości 0,4% wartości tejże dostawy brutto” na „w wysokości 0,4% wartości niezrealizowanej części dostawy brutto”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

104. Pakiet nr 14, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartuch foliowego jednorazowego użytku (przedniego) w opakowaniu po 100 sztuk.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

105. Pakiet nr 14, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>, podfoliowanego w części przedniej fartucha. Rękawy zakończone mankietem szer. 5 cm, długość fartucha 115 cm, wiązany na troki.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

106. Pakiet nr 17, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji śliniaków ochronnych, wykonanych z dwóch warstw bibuły przedzielonych i wzmocnionych warstwą folii PE z trokami w górnej części pozwalają na zawiązanie śliniaka, dolna część śliniaka zakończona kieszenią. Produkt dostępny w 7 kolorach. Rozmiar 38 cm x 48 cm + kieszeń 14 cm.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

107. Pakiet nr 25, poz. 26 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji kompletu pościeli wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS w składzie: poszwa 210x150cm, poszewka 70x80cm, prześcieradło 200x150cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**





SCM sp. z o. o.

# STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji  
Leczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
tel/fax 77/469-52-35



108. Zestaw 1, poz. 11-14, 18-21: Czy Zamawiający oczekuje strzykawek od jednego producenta, w celu bezspornej identyfikacji i bezproblemowego użytkowania produktu?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

109. Zestaw 1, poz. 11, 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.**

110. Zestaw 1, poz. 1-8, 12-15, 18-20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 100 sztuk danego asortymentu z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.**

111. Zestaw 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych 20 ml z płaskim zakończeniem tłoka, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

112. Zestaw 1, poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o pojemności 3 ml, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

113. Zestaw 3, poz. 1-2: Czy Zamawiający oczekuje nakłuwacza automatycznego do pobierania krwi kapilarnej w obudowie w kształcie litery T lub zbliżonym konstrukcyjnie, ostrze schowane, silikonowane, ze stali nierdzewnej, szlifowane?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

114. Zestaw 12, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do dobowej zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

115. Zestaw 12, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do dobowej zbiórki moczu z komorą PASTEURA z możliwością utrzymania w cieple pacjenta do 14 dni, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

116. Zestaw 13, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników z 2 otworami bocznymi, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

117. Zestaw 15, poz. 2-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania bez znacznika RTG i oznaczenia głębokości, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

118. Zestaw 19, poz. 1-2: Prosimy Zamawiający o doprecyzowanie czy oczekuje wyceny za 1 opakowanie zawierające 100 sztuk, z uwagi na fakt iż błony nie mogą być sprzedawane oddzielnie.

**Odp.: Zamawiający oczekuje wyceny za 1 opakowanie.**

119. Zestaw 22, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru kompatybilnego?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

120. Zestaw 23, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody EKG do Holtera 35 x 55 mm, w opakowaniu 30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**





SCM sp. z o. o.

# STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji  
Leczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium  
w Chrościcach (POZ)  
tel/fax 77/469-52-35



121. Zestaw 23, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody EKG do Holtera 35 x 55 mm, w opakowaniu 30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

122. Zestaw 23, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody EKG do Holtera 42x56 mm, w opakowaniu 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

123. Zestaw 28, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli bezpiecznej rozmiar 22 G wykonanej z termoplastycznego biomateriału PTFE?

**Odp.: Pytanie sformułowane niewłaściwie, ponieważ zestaw 28, poz. 1 dotyczy kaniuli 26G – zapisy pozostają jak w SIWZ.**

**PROKURENT**  
samoistny  
mgr inż. Marek Drobik

*[Signature]*