



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 6 lipca 2017r.

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 31. Nr sprawy **ZP/8/2017**.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie 11 pozycja 4 sterylnego przyrządu Ekstra-Spike Plus do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zestawie 11 pozycja 6 sterylnego przyrządu Ekstra-Spike Plus Chemo do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny 0,2 mikrona, filtr cząsteczkowy 5 mikronów, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

3. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zestawu 11 pozycji 4, 6 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zestawu większej ilości Oferentów i co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego niższej cenowo oferty?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Zestaw nr 25 poz.1 - Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do USG w butelce o średnicy do 6,5 cm przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

5. Zestaw nr 26 poz. 2, 3, 4 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji z pakietu i przeniesienie jej do typowego pakietu na elektromedycynę czyli pakietu nr 25. Pozycja nr 2, 3, 4 z pakietu 26 to elektrody EKG i zdecydowanie lepiej pasują w pakiecie z elektrodami, kablami i papierami niż z asortymentem typu „jednorazówka”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji.

6. Projekt umowy – par. 3 ust. 1 - Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

7. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Ilości artykułów, określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy, z inicjatywy Zamawiającego. Odstępstwo od realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20%.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Lecznicy w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



Handwritten signature and date: 10/11



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Lecznicy w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



8. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu dni liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia reklamacji.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w powyższym zakresie. W związku z tym, § 6 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu dni liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia reklamacji.”

9. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 1% łącznej niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy brutto”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

10. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.2 oraz ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 0,4% na 0,2% oraz odpowiednio z 5% na 1%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

11. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku wad przedmiotu umowy, w tym także braków ilościowych artykułów, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany artykułów na pozbawione wad, w tym do uzupełnienia braków ilościowych, nie później niż w ciągu dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu dni liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o wadzie.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

12. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4, Zamawiający będzie miał nadto uprawnienie do nabycia u innego Dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy taką samą ilość artykułów albo uprawnienie do żądania od Wykonawcy zapłaty ich wartości, zachowując w obu wypadkach roszczenie zapłatę kar umownych i o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

13. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku opóźnienia dokonania płatności w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 umowy o nie więcej niż 14 dni, Wykonawca nie ma prawa do wstrzymania każdorazowych dostaw przedmiotu umowy.”

Odp.: Prawdopodobnie autor miał na myśli zapisy § 7 ust. 8 projektu umowy - Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w tym zakresie.

14. Czy w § 5 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

15. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy brutto;
 - 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy artykułów, w wysokości 0,4% wartości tejże dostawy brutto, jednak nie więcej niż 10% wartości tejże dostawy brutto.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

16. Zestaw nr 1, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'80 szt., z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Patrz zapisy SIWZ pkt. III. 8.

Handwritten signature and initials.



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Lecznicy w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chrosćicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



17. Zestaw nr 1, poz. 7 - Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania igły 1,2x40 krótkościętej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

18. Zestaw nr 1, poz. 9 - Proszę o dopuszczenie igły do leków będącej w klasie IIa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

19. Zestaw nr 1, poz. 20 - Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania z komora kroplową o długości 62 mm, w tym 55 mm w części przeźroczystej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

20. Zestaw nr 1, poz. 23-25 - Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji.

21. Zestaw nr 1, poz. 27-31 - Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji.

22. Zestaw nr 1, poz. 27-31 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tych pozycjach igieł bezpiecznych w standardowych, najczęściej używanych rozmiarach: 0,6x30, 0,7x40, 0,8x40 i 0,9x40 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

23. Zestaw nr 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z plastikowym zatraskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, ze standardowym systemem zamykania portu górnego, z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

24. Zestaw nr 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z plastikowym zatraskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, samodomykającym się korkiem portu bocznego (typu „klik”), z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekami krwi, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec ?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

25. Zestaw nr 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z PUR, z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 3 paskami radiocieniującymi?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

26. Zestaw nr 2, poz. 2 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z dwoma przedłużaczami – łączna długość zaworu z dwoma drenami 9,5 cm, objętość wypełnienia 0,35 ml, szybkość przepływu 143 ml/min.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

27. Zestaw nr 2, poz. 5 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu 0- 300 ml/min.

- Długość drenu 180 cm.
- Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji.
- Możliwość obsługi jedną ręką.
- Posiada dodatkowy zacisk rolkowy.
- Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem.
- Zakończenie dreny luer lock.
- Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP.
- Sterylizowany tlenkiem etylenu.
- Jednokrotnego użytku.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

28. Zestaw nr 2, poz. 7-8 - Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatorem pozycji, z powodzeniem stosowanym w placówkach na terenie całej Polski? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

Ch
Cz



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Lecznicy w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



29. Zestaw nr 2, poz. 7-8 - Proszę o dopuszczenie kranika wykonanego z poliwęglanu.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

30. Zestaw nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy bezpieczny nakłuwacz w kolorze niebieskim (zgodnym z ISO 6009) z igłą w rozmiarze 23G śr. 0,6mm, o głębokości nakłucia 1,8mm?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

31. Zestaw nr 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy bezpieczny nakłuwacz w kolorze zielonym (zgodnym z ISO 6009) z igłą w rozmiarze 21G śr. 0,8mm, o głębokości nakłucia 2,4mm?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

32. Zestaw nr 3, pozycje 1 - 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Patrz zapisy SIWZ pkt. III. 8.

33. Zestaw nr 8, pozycja 2 - Czy Zamawiający oczekuje cewników Foleya 100% silikon pakowanych fabrycznie z zatyczką cewnikową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

34. Zestaw nr 8, pozycje 3 - 4 - Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona / Tiemanna pakowane pojedynczo: folia - papier, jak dotychczas stosowane w państwa placówce?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

35. Zestaw nr 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 105cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

36. Zestaw nr 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem z otworem końcowym i dwoma otworami bocznymi, bez plastikowej kanki?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

37. Zestaw nr 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem zakończonym kanką z otworem centralnym, bez otworów bocznych?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

38. Zestaw nr 12, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści worek 14 dniowy z komorą Pasteura?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

39. Zestaw nr 14, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z fizełiny foliowanej o gramaturze 30g/m²?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

40. Zestaw nr 14, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

41. Zestaw nr 15, pozycje 2 - 3 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania bez nadrukowanego znacznika RTG i oznaczenia głębokości?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

42. Zestaw nr 15, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia dostępne w rozmiarach CH 4, CH 5, CH 6, CH 8, CH 10?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

43. Zestaw nr 19, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne dostępne w rozmiarach 3mm - 10mm?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

44. Zestaw nr 25, pozycje 9 - 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji.

45. Zestaw nr 31, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści kompres/okład żelowy w rozmiarze 30 cm x 40 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

46. Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy, par. 6 pkt 2 - Czy Zamawiający skróci termin przydatności do użycia do 6 miesięcy, liczonych od dnia dostawy, dla:

- Zestaw nr 4, poz. 2 - roztwór do kalibracji cewnika pH 1.07

- Zestaw nr 4, poz. 3 - roztwór do kalibracji cewnika pH 7.01

- Zestaw nr 4, poz. 4 - żel do elektrody cewnika pH-metrycznego?



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Lecznicy w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chroszcicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



Uzasadnienie: Ww. wyroby medyczne, będące przedmiotem postępowania przetargowego, są wysokospecjalistycznymi wyrobami medycznymi jednokrotnego użytku, produkowanymi poza obszarem Unii Europejskiej, które będą sukcesywnie dostarczane do Zamawiającego przez okres 12 miesięcy. Producent deklaruje dla ww. wyrobów 12-miesięczny termin przydatności liczony od daty produkcji. Biorąc pod uwagę fakt, że termin dostawy jest kryterium ocenianym i nie może być dłuższy niż 8 dni) nie jest możliwe zapewnienie wymaganego 12-miesięcznego terminu przydatności liczonego od dnia dostawy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu przydatności do użycia do 8 miesięcy dla produktów opisanych w Zestawie 4 pozycje: 2, 3 i 4.

47. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 3-częściowej, z dodatkowym uszczelnieniem?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

48. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 10,11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z czterostronnym wycięciem na tłoku w celu stabilnego mocowania w pompie zamiast tłoka zakończonego podwójnym pierścieniem?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

49. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki bursztynowej?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

50. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 19,20 - Czy Zamawiający podając długość komory kroplowej miał na myśli jej część przezroczystą? Jeżeli nie to prosimy o podanie sposobu mierzenia komory w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i możliwości porównania ofert.

Odp.: Zamawiający wymaga, by komora w przyrządach do przetaczania płynów infuzyjnych miała długość minimum 6,5cm w części przezroczystej.

51. Dotyczy pakietu nr 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z jednym ściągaczem taliowym?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

52. Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający oczekuje, aby w celu łatwiejszej identyfikacji igły z pozycji 6 do 9 pochodziły od jednego producenta?

Odp.: Zamawiający wymaga by igły z pozycji 6-9 pochodziły od jednego producenta.

53. Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający oczekuje, aby w celu łatwiejszej identyfikacji igły z pozycji 6-9 oraz strzykawki z pozycji 12-16 pochodziły od jednego producenta?

Odp.: Zamawiający wymaga by igły z pozycji 6-9 i strzykawki z pozycji 12-16 pochodziły od jednego producenta.

54. Pakiet nr 1, poz. 20 - Czy Zamawiający oczekuje, aby długość komory w przyrządzie do przetaczania płynów infuzyjnych wynosiła 6,5 cm w części przezroczystej?

Odp.: Zamawiający wymaga, by komora w przyrządach do przetaczania płynów infuzyjnych miała długość minimum 6,5cm w części przezroczystej.

55. Pakiet nr 1, poz. 1-4 - Czy Zamawiający oczekuje w strzykawkach dwuczęściowych:

-podwójnej kryzy zabezpieczającej przed wypadaniem tłoka

-dwustronnej skali ułatwiającej obsługę

-piktogramu na opakowaniu jednostkowym informującego o braku zawartości ftalanów?

Odp.: Zamawiający wymaga strzykawek o ww. parametrach.

56. Pakiet nr 1, poz. 10-15 - Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę do pomp z czterostronnym podcięciem tłoka i obustronną skalą dla łatwiejszego odczytu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

57. Zestaw nr 8 Poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

58. Zestaw nr 8 Poz. 2 - Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „dł. cewników standardowa” oznacza - analogicznie do cewników z poz. 1 - wymóg zaoferowania cewników o dł. 40cm (+/- 1cm) dla mężczyzn i 24cm (+/- 1cm) dla kobiet.

Odp.: TAK.

Handwritten signature and initials.



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Leczniczej w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chrościcach (PO2)
Tel/fax 77/469-52-35



59. Zestaw nr 8 Poz. 2 - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki 100% silikon, powinny posiadać w komplecie strzykawkę min. 10ml, wypełnioną 10% roztworem gliceryny do wypełnienia balonu stabilizacyjnego, co zapewnia wygodne wykonanie procedury oraz optymalne warunki do długoterminowego utrzymania cewnika.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

60. Zestaw nr 8 Poz. 3-4 - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki Nelatona i Tiemana, pakowane zgodnie z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, dotyczącymi pakowania i sterylizacji wyrobów medycznych - w opakowanie typu folia-papier, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy Convatec-Unomedical /Dania/.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

61. Zestaw nr 15 Poz. 2-3 - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki do odsysania, bez znacznika rtg i oznaczenia głębokości w rozm. CH20-12 i długości 60cm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy Convatec-Unomedical /Dania/.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

62. Zestaw nr 15 Poz. 2-3 - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki do odsysania, bez znacznika rtg i oznaczenia głębokości w rozm. CH10-06 i długości 40cm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy Convatec-Unomedical /Dania/.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

63. Zestaw nr 15 Poz. 2-3 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny być pakowane zgodnie z wymogami siwz, prosto (bez zawijania) w opakowanie typu folia-papier z dodatkowym otworem, umożliwiającym ich zawieszenie na uniwersalnych wieszakach przy łóżkach (stanowiskach) pacjenta.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

64. Zestaw nr 19 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie iż zapis siwz cyt. „kodowane kolorami” należy interpretować jako wymóg zaoferowania rurek ustno-gardłowych typu Guedela, posiadających kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, co zapewnia ich identyfikację w trakcie całego okresu użytkowania, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych, spełniających wszelkie pozostałe wymagania siwz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

65. Zestaw nr 19 Poz. 2-3 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 5361:2017-01E „Urządzenia do anestezji i oddychania - Rurki dotchawicze i łączniki”.

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania rurek intubacyjnych zgodnych z opisem w SIWZ, dopuszczonych do obrotu i spełniających wymagane prawem normy.

66. Zestaw nr 19 Poz. 2-3 - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym, powinny posiadać wyraźne czytniki głębokości oraz odłączany, łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1, o zróżnicowanych kolorach dla poszczególnych rozmiarów, odpowiadających kompatybilnej wielkości cewników do odsysania, których kolorystyczne oznaczenie zgodne z ISO ułatwia dobór odpowiedniego cewnika do odpowiedniej rurki intubacyjnej?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania rurek intubacyjnych zgodnych z opisem w SIWZ, dopuszczonych do obrotu i spełniających wymagane prawem normy.

67. Zestaw nr 19 Poz. 2-3 - Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego pochodzenie i rodzaj (po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu), a związanym z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych (zgodnie z Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych) - oferowane rurki intubacyjne, poza wymaganymi zapisami siwz identyfikatorami na opakowaniu jednostkowym, powinny posiadać minimum logo lub nazwę producenta, rozmiar oraz numer serii lub numer katalogowy, oznaczone na samym wyrobie, co zapewnia ich pełną identyfikację w warunkach klinicznych oraz możliwość wypełnienia powyższych obowiązków.

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania rurek intubacyjnych zgodnych z opisem w SIWZ, dopuszczonych do obrotu i spełniających wymagane prawem normy.



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel. 77/403-28-50; fax. 77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel. 77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel. 77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Lecznicy w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



68. Czy w pakiecie 7, poz. 9 związku z tym, że jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych po 50 sztuk czy Zamawiający zgodzi się zwiększyć wymaganą ilość do 50 sztuk?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

69. §7 ust. 1 pkt 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. kar umownych z „w wysokości 5% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto” na „w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

70. §7 ust. 1 pkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. kar umownych z „w wysokości 0,4% wartości tejże dostawy brutto” na „w wysokości 0,4% wartości niezrealizowanej części dostawy brutto”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

71. Zestaw 1, poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji strzykawki dwuczęściowej 20 ml z płaskim zakończeniem tłoka. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

72. Zestaw nr 1, poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji strzykawki do insuliny z igłą nałożoną na strzykawkę, ale nie wtopioną. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

73. Zestaw nr 1, poz. 6-8 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu jednego producenta w przypadku igły z pozycji 8. Pozwoli to na złożenie bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

74. Zestaw 1, poz. 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podania ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

75. Zestaw 3, poz. 1-2 - Czy Zamawiający oczekuje nakłuwacza automatycznego do pobierania krwi kapilarnej w obudowie w kształcie litery T lub zbliżonym konstrukcyjnie, ostrze schowane, silikonowane, ze stali nierdzewnej, szlifowane.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

76. Zestaw 10, poz. 1-2 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyceny za 1 opakowanie zawierające 100 sztuk? Błony nie mogą być sprzedawane oddzielnie.

Odp.: TAK, Zamawiający wymaga wyceny 1 opakowania zawierającego 100szt.

77. Zestaw nr 14, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m², podfoliowanego w części przedniej fartucha. Rękawy zakończone mankietem szer. 5 cm, długość fartucha 115 cm, wiązany na troki. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty. Produkt jest aktualnie dostarczany do Państwa jednostki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

78. Zestaw nr 18, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji śliniaków ochronnych, wykonanych z dwóch warstw bibuły przedzielonych i wzmocnionych warstwą folii PE z trokami w górnej części pozwalają na zawiązanie śliniaka, dolna część śliniaka zakończona kieszenią. Produkt dostępny w 7 kolorach. Rozmiar 38 cm x 48 cm + kieszeń 14 cm. Produkt jest aktualnie dostarczany do Państwa jednostki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

79. Zestaw nr 18, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładów w rozmiarze 70 x 180 cm, z wkładem chłonnym, z zakładkami do położenia pod materac, folia całopowierzchniowo pokryta włókniną, chłonność 1750 ml, pakowanych po 30 szt. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

80. Zestaw 25, poz. 6 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy kompatybilnego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny.

Handwritten signature and initials.



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Lecniczej w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



81. Zestaw 26, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji równoważnej elektrody EKG do Holtera o średnicy 54 mm lub o wymiarach 42x56 mm.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

82. Zestaw 26, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji równoważnej elektrody EKG o średnicy 48 mm.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

83. Zestaw 26, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji równoważnej elektrody EKG.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

84. Zestaw 26, poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji stazy silikonowej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

85. Zestaw nr 27, poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji spodenek do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

86. Zestaw nr 27, poz. 25 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji kompletu pościeli wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS w składzie: poszwa 210x150cm, poszewka 70x80cm, prześcieradło 200x150cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ. Produkt jest aktualnie dostarczany do Państwa jednostki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

87. Dotyczy SIWZ § III pkt 6 ppkt 1) - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu składania próbek na wezwanie dla pakietu nr 25 poz. 9-15. W powyższych pakietach jest asortyment wielorazowego użytku, dość kosztowny i często na zamówienie. Czy w związku z tym dla pakietów nr 25 poz.9-15 Zamawiający dopuści złożenie katalogów z dokładnym opisem i zdjęciem zamiast składania kosztownej próbki?

Odp.: Informuję, iż w pkt. III. 6. ppkt. 1) SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo a nie stawia wymóg. Ponadto, dla Zestawu nr 25 poz.: 9-15 Zamawiający dopuści złożenie katalogów z dokładnym opisem i zdjęciem.

88. Zestaw nr 6 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści pieluchy w przedziale wagowym 8-18kg? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

89. Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: TAK.

90. Par. 7 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej wartości umowy brutto?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

91. Pat. 7 ust.1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niedostarczonego na czas towaru?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

92. czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

93. Czy Zamawiający dopuści igłę lędźwiową jednorazowego użytku w rozmiarze 1,3/88 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

94. Zwracam się z prośbą o wykreślenie konieczności posiadania zgłoszenia/powiadomienia/wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w/w dokumenty nie są dokumentami dopuszczającymi wyrób medyczny do obrotu, a jedynie obowiązkiem administracyjnych podmiotów wprowadzających te wyroby. Jedynymi dokumentami

Handwritten signature and initials.



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Lecznicy w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



dopuszczającymi wyrób medyczny do obrotu są deklaracje zgodności w przypadku większości klas ryzyka certyfikat CE.

Odp.: Zapisy pozostają bez zmian.

95. Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 1 projektu umowy na następujący: „Ilości artykułów, określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy w granicach 20%, z inicjatywy Zamawiającego.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

96. Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 4 projektu umowy na następujący: „Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

97. Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 5 i 6 projektu umowy na następujący: „Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

98. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §7 ust. 1.1) projektu umowy na 5% łącznej wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

99. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §7 ust. 1.2) projektu umowy na 0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy brutto.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

100. Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust. 3 projektu umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie

101. Zestaw nr 13 Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga zestaw do lewatywy sterylnej czy niesterylnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

102. Zestaw nr 13 Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw bez kanki o pojemności 1000 ml?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

103. Zestaw nr 13 Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2 l, długość drenu 90 cm, ze skalą o pojemności na ścianie worka, pakowany indywidualnie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

104. Zestaw nr 14 Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga fartuch włókninowy o gramaturze min. 20g/m2? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

105. Zestaw nr 14 Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę fartucha za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Patrz zapisy SIWZ pkt. III. 8.

106. Zestaw nr 14 Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z fizełiny foliowanej o gramaturze min. 35g/m2 wykończony mankietem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

107. Zestaw nr 14 Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści maskę trójwarstwową z włókniny, związaną na troki, o gramaturze 25g/m2, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

108. Zestaw nr 14 Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści maskę trójwarstwową z włókniny, na gumkę, o gramaturze 25g/m2, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

109. Zestaw nr 14 Poz. 6 - Czy Zamawiający wymaga czepki z włókniny, związane na troki o gramaturze 25g/m2?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

110. Zestaw nr 14 Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

[Signature]