



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 19 kwietnia 2017r.

Do wiadomości

Dot.: zapytania ofertowego na dostawę azotu ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W związku z pojawieniem się zapytania na dostawę ciekłego azotu chciałbym uzyskać informacje czy dopuszczacie Państwo dostawę ciekłego azotu nie będącego wyrobem medycznym natomiast będącym takim samym produktem jak kupowaliście Państwo w poprzednich latach? Jeżeli nie to proszę o wyjaśnienie dlaczego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza azotu ciekłego niebędącego wyrobem medycznym ponieważ zgodnie z opinią Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych z dnia 14.10.2016r., ciekły azot stosowany w krioterapii jest aktywnym terapeutycznym wyrobem medycznym.

2. W zapytaniu ofertowym z dn. 14.04.2017 w pkt 1. Dostawa ciekłego azotu – wyrób medyczny wnioskujemy o zmianę klasy azotu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 5 listopada 2010 roku w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 215 poz. 1416) oraz interpretacji i stanowiska Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych na klasę IIa wyrobów medycznych- pismo w załączeniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza azot jako wyrób medyczny klasa IIa.

3. W załączniku nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy - w §5 ust. 1 pkt. 1 prosimy o zmianę na brzmienie: z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo rozwiązania umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 5% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy netto.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu w projekcie umowy.

4. W załączniku nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy - w §8 ust. 3 prosimy o zmianę na brzmienie: Spory, które mogą wynikać na tle wykonania umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Powoda.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu w projekcie umowy.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mirosław Wójcik